

ПРОТОКОЛ итогов закупа **МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ** *Аппарат искусственной вентиляции легких* способом тендера

138 кабинет

15-00 06.08.2024 г

1) Председатель тендерной комиссии:

Ж.К. Елеманова – заместитель директора по МЧ

2) Члены тендерной комиссии:

С.Т. Жамукова – Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг и стратегическому развитию

А.Ш. Акубасова – главная медсестра

3) Секретарь тендерной комиссии:

Л.Н. Панченко – руководитель отдела государственных закупок

- 06.08.2024 года в 15-00 138 кабинет ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, 11/1 произвела процедуру вскрытия конверта с тендерной заявкой, представленной для участия по запусу медицинской техники способом тендера для ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астана на 2024 год
- Запросов от потенциальных поставщиков по разъяснению положений Тендерной документации не поступало.
- Предоставление потенциальными поставщиками тендерных заявок после истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок не производилось.
- Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших тендерную заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок:

пор №	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика
1	TOO «EXTRAMED»	РК 010000г Астана ул Жургенова 18/2 офис 204
2	<u>TOO «САПА Мед Астана»</u>	РК 010000г Г Астана ул Тараз 2Н.П.12

3	ИП ХАМЗИН Д.Ж.	РК 010000г Г Астана ул Шангерей Бокеев 42/2
4	ТОО "DI Life (Ди лайф)"	Г Караганда Гульдер 1 дом 14 кв 74
5	ТОО «ATS Medical Devices»	Г Алматы ул Турксибский р-он ул Майлина дом51/40

5. Тендерные заявки вскрыты и содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.
6. Изменений тендерных заявок потенциальными поставщиками не было.
7. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками потенциальные поставщики не присутствовали.
8. Потенциальные поставщики представили ценовые предложения (технические характеристики), отраженные в приложении №2 настоящего протокола.
9. Согласно сравнительной таблице по техническим характеристикам к тендеру допущены следующие потенциальные поставщики :

ТОО «EXTRAMED» - Лот №1 Аппарат искусственной вентиляции легких.

Технической спецификации согласно тендерной документации	Предложенная медицинская техника ТОО «EXTRAMED», модель HAMILTON C-1	Соответствие или несоответствие
Аппарат искусственной вентиляции легких	Соответствует	Соответствует
Квалификационные требования согласно тендерной документации		Соответствует

ИП ХАМЗИН Д.Ж. - Лот №1 Аппарат искусственной вентиляции легких.

Технической спецификации согласно тендерной документации	Предложенная медицинская техника ИП ХАМЗИН Д.Ж., модель HAMILTON C-1	Соответствие или несоответствие
Аппарат искусственной вентиляции легких	Соответствует	Соответствует
Квалификационные требования согласно тендерной документации		Соответствует

ТОО «Di Life (Ди Лайф)» - Лот №1 Аппарат искусственной вентиляции легких.

Требуемый параметр технической спецификации согласно тендерной документации	Предложенная медицинская техника ТОО «Di Life (Ди Лайф)», модель Fleximag MAX 700	Соответствие или несоответствие
Литий-ионная аккумуляторная батарея Время работы 4 часа при полностью заряженном аккумуляторе.	Время работы 4 часа при полностью заряженном аккумуляторе.	Техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье. В регистрационном удостоверении предложенного аппарата №РК МИ (МТ)-0№026649 от 27.06.2023 года, в разделе краткая техническая характеристика указано: «Время работы от батареи (при полной зарядке и обычном использовании): 210 минут». Несоответствие.
Вес базового блока аппарата – 5 кг.	Отсутствует информация.	Несоответствие.
Память на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.).	Аппарат сохраняет 1000 последних событий (изменения настроек, срабатывание сигнализации, технические тревоги) с возможностью последующего просмотра журнала).	Отсутствует информация о памяти «режимов вентиляции». Несоответствие.
Синхронизированная принудительная вентиляция с целевым объемом (CMV+).	Отсутствует информация.	Несоответствие.
Режим спонтанного дыхания на фоне постоянного положительного давления с возможностью поддержки давлением (SPONT).	Отсутствует информация.	Несоответствие.
Вентиляция при апноэ	Отсутствует информация.	Несоответствие.

Электрический кабель Предназначен для электропитания аппарата от электрической сети, длина 2 м.	Отсутствует информация о длине электрического кабеля.	Несоответствие.
<i>Дополнительные комплектующие:</i> Штекер DIN для подключения к кислородной сети	Штекер DIN для подключения к кислородной сети	Непредставление документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг пункту 11 Правил. В регистрационном удостоверении предложенного аппарата №РК МИ (МТ)-0№026649 от 27.06.2023 года отсутствует информация о регистрации – «Штекер DIN для подключения к кислородной сети». Несоответствие.
<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i> Кислородный датчик	Основной датчик CO2 с Бразилия соединительным кабелем и 5 адаптерами дыхательных путей для взрослых (Кислородный датчик)	Основной датчик CO2 с Бразилия соединительным кабелем и 5 адаптерами дыхательных путей для взрослых и Кислородный датчик – два разных понятия. Первый необходим для измерения концентрации CO2, второй для измерения O2. Несоответствие. Непредставление документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг пункту 11 Правил. В регистрационном удостоверении предложенного аппарата №РК МИ (МТ)-0№026649 от 27.06.2023 года отсутствует информация о регистрации – «Кислородный датчик». Несоответствие.
Квалификационные требования согласно тендерной документации		Соответствует

ТОО «САПА Мед Астана» - Лот №1 Аппарат искусственной вентиляции легких.

Требуемый параметр технической спецификации согласно тендерной документации	Предложенная медицинская техника ТОО «САПА Мед Астана», модель SV600	Соответствие или несоответствие
---	--	---------------------------------

Вес базового блока аппарата – 5 кг.	Вес базового блока аппарата – 18 кг.	Несоответствие.
Встроенная в аппарат самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу аппарата - 4 часа.	Встроенная в аппарат самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу аппарата – 90 минут.	Несоответствие.
Литий-ионная аккумуляторная батарея Время работы 4 часа при полностью заряженном аккумуляторе.	Время работы 90 минут при полностью заряженном аккумуляторе.	Несоответствие.
<i>Дополнительные комплектующие:</i> Экспираторный клапан для детей/взрослых	Экспираторный клапан для детей/взрослых	Непредставление документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг пункту 11 Правил. В регистрационном удостоверении предложенного аппарата №РК-МТ-5№019087 от 10.04.2024 года отсутствует информация о регистрации – «Экспираторный клапан для детей/взрослых». Несоответствие.
<i>Дополнительные комплектующие:</i> Штекер DIN для подключения к кислородной сети	Штекер DIN для подключения к кислородной сети	Непредставление документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг пункту 11 Правил. В регистрационном удостоверении предложенного аппарата №РК-МТ-5№019087 от 10.04.2024 года отсутствует информация о регистрации – «Штекер DIN для подключения к кислородной сети». Несоответствие.
<i>Дополнительные комплектующие:</i> Электрический кабель	Электрический кабель	Непредставление документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг пункту 11 Правил. В регистрационном удостоверении предложенного аппарата №РК-МТ-5№019087 от 10.04.2024 года отсутствует информация о регистрации – «Электрический кабель». Несоответствие.
Квалификационные требования согласно тендерной документации		Соответствует

ТОО «ATS Medical Devices» - Лот №1 Аппарат искусственной вентиляции легких.

Требуемый параметр технической спецификации согласно тендерной документации	Предложенная медицинская техника ТОО «ATS Medical Devices», модель HAMILTON C-1	Соответствие или несоответствие
В аппарат встроенная турбина с пиковым потоком до 260 л/мин.	В аппарат встроенная турбина с пиковым потоком до 260 л/мин.	Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствует условиям тендерной документации и Правил. <i>Представленная техническая спецификация имеет не точные технические характеристики.</i> Несоответствие.
Работа аппарата возможна как от источника высокого, так и низкого давления кислорода (поток O2 в пределах до 15 л/мин).	Работа аппарата возможна как от источника высокого, так и низкого давления кислорода (поток O2 в пределах до 15 л/мин).	Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствует условиям тендерной документации и Правил. <i>Представленная техническая спецификация имеет не точные технические характеристики.</i> Несоответствие.
Квалификационные требования согласно тендерной документации		Несоответствия тендерной заявки ТОО «ATS Medical Devices»
Приложение 4 к тендерной документации (<i>Ценовое предложение потенциального поставщика</i>)		Представление ценового предложения не по форме, согласно приложению 2 к Правилам. <i>В представленном ценовом предложении Потенциального поставщика отсутствует указание номера заказа.</i> Несоответствие.
Приложение 4 к тендерной документации (<i>Ценовое предложение потенциального поставщика</i>)		Представление ценового предложения не по форме, согласно приложению 2 к Правилам. <i>В представленном ценовом предложении Потенциального поставщика не верно указана единица измерения, а именно указано «штука». Согласно тендерной документации, а также, согласно представленной технической спецификации Потенциального поставщика, медицинская техника состоит из комплектующих и расходных материалов, соответственно единица измерения должна быть «комплект».</i> Несоответствие.
Основная часть тендерной заявки должна содержать: <i>заявку на участие в тендере по форме, согласно приложению 3 к тендерной документации, (на электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов)</i>		Опись, прилагаемых Потенциальным поставщиком к заявке документов в электронном формате повреждена и недоступна к просмотру. Несоответствие.
Техническая часть тендерной заявки должна содержать: <i>технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и</i>		Техническая спецификация представленная Потенциальным поставщиком в электронном формате повреждена и недоступна к просмотру. Несоответствие.

При рассмотрении технических характеристик отклонены следующие потенциальные поставщики
::

1. **ТОО «Di Life (Ди Лайф)»** отклонен - несоответствия технической характеристики.
2. **ТОО «САПА Мед Астана»** отклонен - несоответствия технической характеристики
3. **ТОО «ATS Medical Devices»** отклонен - несоответствия технической характеристики

4. **«ТОО «EXTRAMED»** допущен , соответствует технической характеристики кол-во

шт 3* по цене 19 925 000 на сумму 59 775 000 (Пятьдесят девять миллионов семьсот семьдесят пять тысяч) тенге
00 тиын,

5. **ИП ХАМЗИН Д.Ж.** допущен , соответствует технической характеристики кол-во

. шт 3* по цене 19 930 500 на сумму 59 791 500 тенге 00 тиын (Пятдесят девять миллионов семьсот девяноста одна
тысяча пятьсот) тенге 00 тиын

6. ГКП на ПХВ «Многопрофильной городской детской больницы №1» заключить договор поставки товара
(медицинской техники) с «ТОО «EXTRAMED» по наименьшей цене шт 3* по цене 19 925 000 на сумму 59 775
000 (Пятьдесят девять миллионов семьсот семьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын,

1) Председатель тендерной комиссии _____ Ж.К. Елеманова

2) Члены тендерной комиссии:

_____ С.Т. Жамукова

_____ А.Ш. Акубасова

3) Секретарь тендерной комиссии _____ Л.Н. Панченко

