

№09 хаттама

Тендерлік тәсілмен сатып алу бойынша қатысу үшін әлеуетті өнім берушілер ұсынған тендерлік өтінімдермен сатып алу қорытындыларының хаттамасы (матрасы бар жиынтықтағы екі секциялы медициналық функционалдық төсек)

138кабинет

12.04.2024 ж

1) Тендерлік комиссияның төрағасы:

ЖК. Елеманова – директордың МБ жөніндегі орынбасары

2) Тендерлік комиссия мүшелері:

С.Т. Жамукова – Директордың медициналық қызметтер сапасын бақылау және стратегиялық даму жөніндегі орынбасары

А.Ш. Акубасова – бас медбике

3) Тендерлік комиссияның хатшысы:

Л.Н. Панченко – Мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы

2. Тендерлік құжаттаманың ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті өнім берушілерден сұрау түскен жоқ.
3. Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерді ұсынуы тендерлік өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін жүргізілген жоқ.
4. Тендерлік өтінімді түпкілікті мерзім өткенге дейін белгіленген мерзімде ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері.

**Тендерлік өтінімдерді келесі әлеуетті өнім берушілер ұсынады:**

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
1	"Нурканат Заречное"	ҚР Қостанай қаласы, Абай көшесі 2 А	9.04.2024ж. 16-15
2	"KZ MED"	ҚР Қостанай қаласы, Чехов көшесі 29	9.04.2024 16-55
3	"Фортуна Мед"	ҚР Қостанай қаласы, Абай көшесі 2 А	9.04.2024 17-00
4	"КазахМедИмпорт"	ҚР Петропавл қаласы, Әуезов көшесі 264/1	10.04.2024 9-20
5	«Medcomfort»	ҚР Шымкент қаласы, Шұғыла 9	10.04.2024 10-30
6	«FAM.ALLIANCE»	ҚР Алматы қаласы, Жангельдин көшесі 14	10.04.2024 10-56

5. Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерінде өзгерістер **болған жоқ**.

6. Тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу рәсіміне әлеуетті өнім берушілердің өкілдері қатысты: «КазахМедИмпорт» ЖШС Бигазинаова Х.С. және «FAM.ALLIANCE» ЖШС Сейтжапаров К. Ж.

7. Әлеуетті өнім берушілер осы Хаттаманың №2 қосымшасында көрсетілген баға ұсыныстарын ұсынды

Техникалық сипаттамалары бойынша салыстыру кестесі									
Әлеуетті өнім берушілер			██████████ ██████████	██████████ ЖШС	"Фортуна Мед" ЖШС	"КазакМедИмпор т"	«Medcomfort»	██████████ ██████████	
<p>Кереует қолмен механикалық реттелетін көтергіш бас тірегі бар металл. Жақтау мен аркалықтар болат құбырдан, перфорациясы бар қалыңдығы 1 мм металл парақтан жасалған төсектен жасалған. Дезинфекциялық құралдарға төзімді ұнтақ-полимерлі жабын, түсі ақ. Төсек толығымен металл, пластикалық элементтері жоқ және бүйірлік қоршаулары жоқ. Төсек емдеу мекемелерін жабдықтауға және бала күтіміндегі ересек пациенттерді орналастыруға арналған. Төсек-жиналмалы құрылым. Медициналық төсек өте практикалық және оның қасиеттеріне байланысты әр аурухана бөлмесі үшін барлық талаптарға жауап береді төсек пациенттерге күнделікті күтімді жеңілдетеді.</p>					+	+	+		
<b>Параметрлері бойынша:</b>									
1.	Медициналық бұйымдардың номенклатуралық жіктемесіне сәйкес медициналық бұйымды қолданудың ықтимал тәуекел сыныбы	I	класс			+	+	+	
2.	Реттелетін секциялар саны	1				+	+	█	
3.	Шығарылған жылы	2024	жыл			+	+	+	
<b>Негізгі жиынтық:</b>									
4.	Төсек жақтауының дәнекерленген қаңқасы полимерлі ұнтақпен қапталған тікбұрышты болат құбырлардан жасалған	Бар				+	+	+	
5.	Төсек қалыңдығы 1 мм перфорациясы бар металл парақтан жасалған	Бар				+	+	+	
6.	Кереуеттің бүкіл ені бойынша қаттылық қабырғалары	Бар				+	+	+	
7.	Раманың көлденең кимасының мөлшері	40x20x2	мм			+	+	+	

8.	Төсекті кереуеттің аркалықтарына (тіректеріне) бекіту - механикалық. Болт қосылымы.	Бар				+	+	+	
9.	Төсекті аркалықтарға (тіректерге) бекіту нүктелерінің саны	8	дана			+	+	+	
10.	Тіректер арасындағы қашықтық	1955	мм			+	+	+	
11.	Аркалықтарды (тіректерді) жасау үшін қолданылатын материал-төртбұрышты құбыр.	Бар				+	+	+	
12.	Аркалықтарды (тіректерді) жасау үшін қолданылатын құбырлардың қолденең қимасының мөлшері	25x25x1,5	мм			+	+	+	
13.	Аркалық бөлімді реттеу растомат механизмі арқылы жүзеге асырылады.	Бар				+	+	+	
14.	Бас бөлігінің көтеру бұрыштары 0-80°	Бар				+	+	+	
15.	Екі секциялы төсек сопақ пішінді перфорациясы бар болат парактан жасалған	бар				+	+	+	
16.	Болат парактың қалыңдығы	1	мм			+	+	+	
17.	Перфорация мөлшері	80x30	мм			+	+	+	
18.	Төсектегі тесіктердің саны:					+	+	+	
19.	Арка бөлімі	26	дана			+	+	+	
20.	Жамбас бөлімі	39	дана			+	+	+	
21.	Төсек қатты қабырғаларымен жабықталған	бар				+	+	+	
22.	қатты қабырғаларының саны:					+	+	+	
23.	Аркалық бөлімінде	2	дана			+	+	+	
24.	Шаршы қималы болат құбырлардан жасалған	бар				+	+	+	
25.	Қима өлшемі	20x20x1,5	мм						

26.	Ұзындығы	695	мм			+	+	+	
27.	Жамбас бөлімінде	4	дана			-	-	+	
28.	Шаршы қималы болат құбырлардан жасалған	20x20x1,5	мм			+	+	+	
29.	Ұзындығы	749	мм			+	+	+	
30.	Төсек матрац ұстағыштарымен жабдықталған	бар				+	+	+	
31.	Матрац ұстағыштардың саны:					+	+	+	
32.	Арқалық бөлімінде	2	дана			+	+	+	
33.	Жамбас бөлімінде	2	дана			-	+	+	
34.	Арқалық бөлімдегі ұстағыштың қисық пішіні төсектің өлшемдерін азайтпайды және оның шегінен асып кетеді, бұл бөлімді реттеуге ыңғайлы етеді	бар				+	+	+	
35.	Төсек панелі тартқыш тойтармалар арқылы төсектің жақтауына бекітіледі:	бар				+	+	+	
36.	Арқалық секциядағы тойтармалар саны, кем емес	12	дана			+	+	+	
37.	Жамбас секциясындағы тойтармалар саны, кем емес	20	дана			-	+	+	
38.	<b>Кереует өлшемдері:</b>					+	+	+	
	ұзындығы	2000	мм			■	+	■	
	Биіктігі (арқалығы бойынша) кем емес	905	мм			■	+	■	
39.	<b>Төсек өлшемдері:</b>					+	+	+	
	Длина	1995	мм			+	+	+	
	Высота (дожа над уровнем пола)	500	мм			+	+	+	
40.	<b>Размеры спинной секции:</b>					+	+	+	
	ұзындығы	725	мм			+	+	+	
	Биіктігі (еден деңгейінен жоғары)	500	мм			+	+	+	

41.	Бекітілген жамбас бөлігінің өлшемдері:					-	+	+	
	ұзындығы	1155	мм			+	+	+	
	Биіктігі	500	мм			+	+	+	
42.	Аркалық бөлімнің көлденеңінен максималды бұрышы	80	град.			+	+	+	
	Биіктігін реттеу	35-70	см			+	+	+	
43.	Төсектегі рұқсат етілген жүктеме, кем емес	180	кг			■	+	+	
44.	Төсек массасы	70 кем емес	кг			+	+	■	
45.	Матрастың сырғып кетуіне және құлап кетуіне жол бермейтін аядамалар	бар				+	+	+	
46.	Бөлмедегі төсек қозғалысы кезінде еденге зиян келтірмеуге мүмкіндік беретін штепсельдер.	бар				+	+	+	
<b>Қосымша жиынтық:</b>									
47.	Алынбалы тысы бар медициналық матрац					+	+	+	
48.	Толтырғыш: тығыздығы серпімді полиуретан	22	кг/м3			+	+	+	
49.	Матрацты функционалды төсектерде пайдалану үшін толтырғыш парағының бетіне екі жағынан көлденең профиль қолданылады	Бар				+	+	+	
50.	Тысының материалы: bielastic-полиуретанды жабыны бар берік ауа өткізетін полиэфир материалынан жасалған екі қабатты медициналық мақсаттағы ылғал өткізбейтін мата	Бар				+	+	+	
51.	Бұл беттерден оңай шығарылатын канға, медициналық сұйықтықтарға және зәрге қарсы тосқауыл.	Бар				+	+	+	
52.	Қысым алдын алуға белсенді қатысады, екі бағытта созылады, онда жатқан адамның денесіне бейімделеді	Бар				+	+	+	

53.	Матрасты өңдеу:					+	+	+	
54.	Жуу температурасы	max + 95 С,	град			+	+	+	
55.	Автоклав	130 С	град			+	+	+	
56.	Машинада кептіру	+120 С	град			+	+	+	
57.	Құрамында хлор мен альдегидтерден басқа кез келген дез. құралдармен өңдеу.	Бар				+	+	+	
58.	Тысының сырмасы матрацтың бүйір жағының бүкіл ұзындығында орналасқан	Бар				+	+	+	
59.	Сырма буындары қақпақпен бірдей материалдан жасалған арнайы клапанмен жабылған	Бар				+	+	+	
60.	Матрацтың габариттік өлшемдері, кем емес:					+	+	+	
	Ұзындығы	1980	мм			+	+	+	
	Ені	900	мм			+	+	+	
	Қалыңдығы	150	мм			+	+	+	
61.	Шешім						Рұқсат етілді		

Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерін қарау кезінде комиссия ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. "Medcomfort" ЖШС әлеуетті өнім берушісі БСН 160440016666 тіркеу куәлігіндегі деректерге техникалық сипаттаманың сәйкес келмегені үшін қабылданбады(110-Қағидалардың 1-тарауының 11-тармағы, 07.06.2023 ж. бекітілген ПМЗРК). Сондай-ақ, тендерлік өтінім пп тендерлік құжаттамасын ресімдеу талаптарына сәйкес келмейді.1) Қағидалардың 51-тармағы, электрондық тасығышта (диск) DOCX форматында өтінімнің техникалық сипаттамасы мен тізімдерімен.

2. Әлеуетті өнім беруші "Фортуна Мед" ЖШС БСН 090140020479 тіркеу куәлігіндегі деректерге техникалық сипаттаманың сәйкес келмегені үшін қабылданбады (07.06.2023 ж. бекітілген 110-Қағиданың 1-тарауының 111-тармағы). Сондай-ақ, тендерлік өтінім Тапсырыс берушінің 18-Т және 19-т. тендерлік құжаттамасының талаптарына сәйкес келмейді (тендерлік өтінімнің техникалық және негізгі бөлігі, соңғы парақта мөрмен расталмаған). Баға ұсынысында әлеуетті өнім беруші мәлімделген тауардың сауда атауын көрсетпеген.
3. әлеуетті жеткізуші "FAMALLIANCE" ЖШС БСН 080840003225 ҚР ДСМ ҚМК "ДЗ және МБ Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК медициналық бұйымдарды сараптау департаменті мамандандырылған сараптама басқармасының № 21-11-17070/03-және 28.10.2022 сарапшысының қорытындысы бойынша сипаттамаға техникалық сипаттаманың сәйкес келмегені үшін қабылданбады. Баға ұсынысында әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауардың нақты моделін көрсетпеді (6 модель көрсетілген), осыған байланысты мәлімделген тауардың моделін баға ұсынысында да, техникалық ерекшелікте де анықтау мүмкін емес. Тапсырыс берушінің тендерлік құжаттамасына сәйкес сатып алу "матрасы бар жиынтықтағы медициналық функционалды екі секциялы төсекке" өткізілді. "ДЗ және МБ Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК медициналық бұйымдарды сараптау департаменті мамандандырылған сараптама басқармасының сарапшысы берген сараптамалық қорытынды ДСМ ҚР ҚМФК № 21-11-17070/03-және 28.10.2022 ж. металл төсек медициналық бұйым болып табылмайды.
4. "Нұрканат Заречное" ҚБ әлеуетті жеткізушісі БСН 1904440014188 07.06.2023 ж. бекітілген 110-Қағиданың 2-тарауының 14-тармағы негізінде автоматты түрде қабылданбады.
5. Әлеуетті өнім беруші "KZ MED" ЖШС БСН 170240015914 07.06.2023 ж. бекітілген 110-Қағиданың 2-тарауы, 14-тармағының негізі автоматты түрде қабылданбады.
6. Әлеуетті өнім беруші "Қазақмедимпорт" ЖШС. БСН 140640012746 қабылданды.
7. 07.06.2023 ж. бекітілген 110 Ереженің 2-тарауының 14-тармағының негізінде "Қазақмедимпорт" ЖШС № 1 лот бойынша 59 100 000 (елу тоғыз миллион жүз мың) теңге 00 тиын сомасына БСН 140640012746 жеңімпаз деп танылсын, тауарды жеткізу шартын жасассын.

1) Тендерлік комиссия төрағасы  Ж.К. Елеманова

2) Тендерлік комиссия мүшелері:

 С.Т. Жамукова

 А.Ш. Акубасова

3) Тендерлік комиссия хатшысы

 И.Н. Панченко

