

ПРОТОКОЛ №09

Протокол итогов закупа с тендерными заявками, представленными потенциальными поставщиками для участия по запуску способом тендера (Кровать медицинская функциональная двухсекционная в комплекте с матрасом)

138 кабинет

12.04.2024 г

1) Председатель тендерной комиссии:

Ж.К. Елеманова – заместитель директора по МЧ

2) Члены тендерной комиссии:

С.Т. Жамукова – Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг и стратегическому развитию

А.Ш. Акубасова – главная медсестра

3) Секретарь тендерной комиссии:

Л.Н. Панченко – руководитель отдела государственных закупок

- 10.04.2024 года в 15-00 138 кабинет ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны, район «Алматы», проспект Тәуелсіздік, 11/1 произвела процедуру вскрытия конверта с тендерной заявкой, представленной для участия по запуску медицинской техники способом тендера для ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астана на 2024 год
- Запросов от потенциальных поставщиков по разъяснению положений Тендерной документации **не поступало.**
- Предоставление потенциальными поставщиками тендерных заявок после истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок **не производилось.**
- Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших тендерную заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока.

Тендерные заявки представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявок
1	ОО "Нурканат Заречное"	РК, г. Костанай, ул. Абая 2 А	9.04.2024 год 16-15
2	ТОО "KZ MED"	РК г. Костанай, ул. Чехова 29	9.04.2024 год 16-55
3	ТОО "Фортуна Мед"	РК, г. Костанай, ул. Абия 2А	9.04.2024 год 17-00
4	ТОО "КазахМедИмпорт"	РК г. Петропавловск, ул. Ауэзова 264/1	10.04.2024 год 9-20
5	ТОО «Medcomfort»	РК г. Шымкент, ул. Шугьла 9	10.04.2024 год 10-30
6	ТОО «FAM.ALLIANCE»	РК. Г. Алматы, Жангельдина 14	10.04.2024 год 10-56

- Изменений тендерных заявок потенциальными поставщиками **не было.**
- При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали представители потенциальных поставщиков: ТОО «КазахМедИмпорт» Бигазинова Х.С. и ТОО «FAM.ALLIANCE» Сейтжапаров К.Ж.
- Потенциальные поставщики представили ценовые предложения, отраженные в приложении №2 настоящего протокола.

Сравнительная таблица по техническим характеристикам

Потенциальные поставщики				ОО "Нурлыктау" KazMed	ОО KZ MED	ОО "Фортуна Мед"	ОО "КазахМед Импорт"	ОО «Medcomfort»	ОО «FAM ALLIANCE»
Кровать металлическая с подъемным подголовником, с ручной механической регулировкой. Каркас и спинки изготовлены из стальной трубы, ложе из металлического листа толщиной 1 мм с перфорацией. Покрытие порошково-полимерное устойчивое к дезинфекционным средствам, цвет белый. Кровать полностью металлическая без пластиковых элементов и без боковых ограждений. Кровать предназначена для оснащения лечебных учреждений и для размещения взрослых пациентов, находящихся по уходу за ребенком. Кровать представляет собой разборно-разборную конструкцию. Медицинская кровать очень практична и благодаря своим свойствам отвечает всем требованиям для каждой больничной палаты. Кровать облегчает ежедневный уход за пациентами.						+	+	+	
В том числе по параметрам:									
1.	Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	1	класс			+	+	+	
2.	Количество регулируемых секций	1				+	+	+	
3.	Год выпуска	2024	год			+	+	+	
Основные комплектующие:									
4.	Сварной каркас рамы ложа выполнен из стальных труб прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием	Наличие				+	+	+	
5.	Ложе выполнено из металлического листа с перфорацией толщиной 1 мм	Наличие				+	+	+	
6.	Ребра жесткости по всей ширине ложа	Наличие				+	+	+	
7.	Размер сечения каркаса	40x20x2	мм			+	+	+	
8.	Крепление ложе к спинкам (опорам) кровати - механическое. Болтовое соединение.	Наличие				+	+	+	
9.	Количество точек крепления ложе к спинкам (опорам)	8	шт.			+	+	+	
10.	Расстояние между опорами	1955	мм			+	+	+	
11.	Материал, используемый для изготовления спинок (опор) - труба квадратного сечения.	Наличие				+	+	+	
12.	Размер сечения труб, используемый для изготовления спинок (опор)	25x25x1,5	мм			+	+	+	
13.	Регулировка спинной секции осуществляется с помощью механизма растомат.	Наличие				+	+	+	
14.	Углы подъема головной секции 0-80°	Наличие				+	+	+	

15.	Двухсекционное ложе выполнено из стального листа с перфорацией овальной формы	наличие				+	+	+	
16.	Толщина стального листа	1	мм			+	+	+	
17.	Размер перфорации	80x30	мм			+	+	+	
18.	Количество отверстий перфорации на ложе:					+	+	+	
19.	Спинная секция	26	шт.			+	+	+	
20.	Тазобедренная секция	39	шт.			+	+	+	
21.	Ложе оснащено ребрами жесткости	наличие				+	+	+	
22.	Количество ребер жесткости:					+	+	+	
23.	На спинной секции	2	шт.			+	+	+	
24.	Выполнены из стальных труб квадратного сечения	наличие				+	+	+	
25.	Размер сечения	20x20x1,5	мм			+	+	+	
26.	Длина	695	мм			+	+	+	
27.	На тазобедренной секции	4	шт.			+	+	+	
28.	Выполнены из стальных труб квадратного сечения	20x20x1,5	мм			+	+	+	
29.	Длина 1 шт.	749	мм			+	+	+	
30.	Ложе оснащено держателями матраца	наличие				+	+	+	
31.	Количество держателей матраца:					+	+	+	
32.	На спинной секции	2	шт.			+	+	+	
33.	На тазобедренной секции	2	шт.			+	+	+	
34.	Изогнутая форма держателя на спинной секции не уменьшает габариты ложа и выходит за его пределы, что обеспечивает удобство регулировки секции	наличие				+	+	+	
35.	Панель ложа крепится к каркасу ложа с помощью вытяжных заклепок:	наличие				+	+	+	
36.	Количество заклепок на спинной секции, не менее	12	шт.			+	+	+	
37.	Количество заклепок на тазобедренной секции, не менее	20	шт.			+	+	+	
38.	Размеры кровати:					+	+	+	
	Длина, не более	2000	мм			■	+	■	
	Высота (по спинкам) не менее	905	мм			■	+	■	
39.	Размеры ложа:					+	+	+	
	Длина	1995	мм			+	+	+	
	Высота (ложа над уровнем пола)	500	мм			+	+	+	
40.	Размеры спинной секции:					+	+	+	
	Длина	725	мм			+	+	+	
	Высота	500	мм			+	+	+	
						+	+	+	

	Высота	500	мм			+	+	+	
42.	Максимальный угол наклона спинной секции от горизонтали	80	град.			+	+	+	
	Регулировка высоты в пределах не менее	35-70	см			+	+	+	
43.	Допускаемая нагрузка на ложе, не менее	180	кг			■	+	+	
44.	Масса кровати	не менее 70	кг			+	+	■	
45.	Упоры, препятствующие скольжению и выпадению матраса	Наличие				+	+	+	
46.	Заглушки, позволяющие не наносить вред напольному покрытию при передвижении кровати в помещении.	Наличие				+	+	+	
Дополнительные комплектующие:									
47.	Матрац медицинский со съёмным чехлом					+	+	+	
48.	Наполнитель: цельный лист эластичного пенополиуретана плотностью	22	кг/м3			+	+	+	
49.	Для использования матраца на функциональных кроватях, на поверхности листа наполнителя с двух сторон нанесен поперечный профиль	Наличие				+	+	+	
50.	Материал чехла: bielastic -двухслойная влагонепроцаемая ткань медицинского назначения из прочного «дышащего» материала полиэстера с полнуретановым покрытием	Наличие				+	+	+	
51.	Является барьером против крови, медицинских жидкостей и мочи, которые легко удаляются с поверхностей.	Наличие				+	+	+	
52.	Активно участвует в профилактике пролежней, тянется в двух направлениях, подстраивается под тело человека, лежащего на ней	Наличие				+	+	+	
53.	Обработка матраса:					+	+	+	
54.	Температура для стирки	max + 95 C,	град			+	+	+	
55.	автоклавирование	при 130 C	град			+	+	+	
56.	Машинная сушка до	+120 C	град			+	+	+	
57.	Обработка любыми дез.средствами кроме содержащими хлор и альдегиды.	Наличие				+	+	+	
58.	Молния на чехле расположена по всей длине боковой стороны матраца	Наличие				+	+	+	
59.	Звенья молнии закрыты специальным клапаном, выполненного из того же материала, что и чехол	Наличие				+	+	+	

60.	Габаритные размеры матраца, не менее:					+	+	+	
	Длина	1980	мм			+	+	+	
	Ширина	900	мм			+	+	+	
	Толщина	150	мм			+	+	+	
61.	Решение			Автоматически отклонен	Автоматически отклонен	Отклонен за несоответствие требованиям	Допущен	Отклонен за несоответствие требованиям	Автоматически отклонен

При рассмотрении тендерных Заявок Потенциальных Поставщиков комиссия решила:

1. Потенциальный Поставщик ТОО «Medcomfort» БИН 160440016666 отклонен за несоответствия технической характеристики данным в Регистрационном Удостоверении (п.11, Главы 1 Правил 110 утвержденные ПМЗРК от 07.06.2023г.). Также тендерная заявка не соответствует требованиям оформления Тендерной документации пп.1) п. 51 Правил, (отсутствует техническая спецификация и описание заявки в формате docx) на электронном носителе (диск).

2. Потенциальный Поставщик ТОО «Фортуна Мед» БИН 090140020479 отклонен за несоответствия технической характеристики данным в Регистрационном Удостоверении (п.11, Главы 1 Правил 110 утвержденные ПМЗРК от 07.06.2023г.). Также тендерная заявка не соответствует требованиям Тендерной документации Заказчика п.18 и п.19 (Техническая и основная части Тендерной Заявки, на последнем листе не заверены печатью). В ценовом предложении Потенциальный Поставщик не указал торговое наименование заявленного товара.

3. Потенциальный Поставщик ТОО «FAM.ALLIANCE» БИН 080840003225 отклонен за несоответствия технической характеристики описанию в Заключение эксперта № 21-11-17070/03-И от 28.10.2022 Управления специализированной экспертизы департамента экспертизы медицинских изделий РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы ЛС и МИ» КМФК МЗ РК. В ценовом предложении Потенциальный Поставщик не указал конкретную модель поставляемого товара (указаны 6 моделей), в этой связи не представляется возможным определить модель заявленного товара как Ценовом предложении так и в технической спецификации. Согласно тендерной документации Заказчика закуп проводился на «Кровать медицинская функциональная двухсекционная в комплекте с матрасом». Экспертное заключение выданное экспертом Управления специализированной экспертизы департамента экспертизы медицинских изделий РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы ЛС и МИ» КМФК МЗ РК № 21-11-17070/03-И от 28.10.2022 гласит, что кровать металлическая FamAIR не является медицинским изделием.

4. Потенциальный Поставщик ОО "Нурканат Заречное" БИН 1904440014188 автоматически отклонен основание п.14, Главы 2 Правил 110 утвержденные ПМЗРК от 07.06.2023г.

5. Потенциальный Поставщик ТОО "KZ MED" БИН 170240015914 автоматически отклонен основание п.14, Главы 2 Правил 110 утвержденные ПМЗРК от 07.06.2023г.

6. Потенциальный Поставщик ТОО "КазахМедИмпорт". БИН 140640012746 допущен.

7. На основании п.14, Главы 2 Правил 110 утвержденные ПМЗРК от 07.06.2023г., признать Победителем ТОО "КазахМедИмпорт" БИН 140640012746 по лоту № 1 на сумму 59 100 000 (пятьдесят девять миллионов сто тысяч) тенге 00 тиын, заключить договор поставки товара.

1) Председатель тендерной комиссии _____ Ж.К. Елеманова

2) Члены тендерной комиссии: _____ С.Т. Жамукова
 _____ А.Ш. Акубасова

3) Секретарь тендерной комиссии _____ Я.Н. Панченко