

№04 хаттама

Тендерлік тәсілмен медициналық техниканы (шприц сорғыларын) сатып алу бойынша қатысу үшін әлеуетті өнім берушілер ұсынған тендерлік өтінімдермен сатып алу қорытындыларының хаттамасы

138кабинет

14-00 13.03.2024 ж

1) Тендерлік комиссияның төрағасы:

С.Т. Жамукова – директордың МБ жөніндегі орынбасары

2) Тендерлік комиссия мүшелері:

Д.Е. Кожекенов – Директордың медициналық қызметтер сапасын бақылау және стратегиялық даму жөніндегі орынбасары

А.Ш. Акубасова – бас медбике

3) Тендерлік комиссияның хатшысы:

Л.Н. Панченко – Мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы

1. Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК Астана қаласы «Алматы» ауданы, Тәуелсіздік даңғылы 138 кабинет, 11/1 13.03.2024 ж. сағат 14.00 -де Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК тендер тәсілімен 2024 жылға арналған медициналық техниканы сатып алуға қатысуға ұсынылған тендерлік өтінімі бар конвертті ашу рәсімін жүргізді
2. Тендерлік құжаттаманың ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті өнім берушілерден сұрау түскен жоқ.
3. Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерді ұсынуы тендерлік өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін жүргізілген жоқ
4. Тендерлік өтінімді түпкілікті мерзім өткенге дейін белгіленген мерзімде ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері
5. Тендерлік өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімде ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері
6. Тендерлік өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімде ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері
7. Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімдерде тендерлік өтінімді ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері:
8. Тендерлік өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімде ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері
9. Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімдерде тендерлік өтінімді ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері:
10. Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерінде өзгерістер болған жоқ.
11. Тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу рәсімінде әлеуетті өнім берушілер қатыспады.
12. Әлеуетті өнім берушілер осы Хаттаманың №2 қосымшасында көрсетілген баға ұсыныстарын ұсынды.

Тендерлік өтінімдерді келесі әлеуетті өнім берушілер ұсынды:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
1	"Техноком Групп" ЖШС	ҚР Астана қаласы "Есіл" ауданы Күлтегін көшесі 5 үй 290 пәтер	12.03.2024ж 10-25
2	"Health Line" ЖШС	ҚР Астана қаласы "Алматы" ауданы Қажымұқан көшесі 22	12.03.2024ж 14-25
3	"Сапа Мед" ЖШС	ҚР Астана қаласы Тараз көшесі 2 н.п. 12	12.03.2024ж. 12-30
4	"Ди Лайф" ЖШС	ҚР Қарағанды қаласы Қызыбек Би ауданы, Гүлдер-1 шағынауданы 14 үй 74 пәтер	12.03.2024ж. 15-25

Техникалық сипаттамалары бойынша салыстыру кестесі					
	Техникалық тапсырма бойынша параметрлер	"Техноком Групп"	"Health Line"	"Сапа Мед"	"Ди Лайф"
2			AITECS 2017 Universal	AITECS 2016 Universal	Шприц сорғы, орындау нұсқасы: НК-400III
3	2/3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл, 60 мл.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	5/6 10/12 20/22 30/35 50/60 ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді
4	Диалондағы жылдамдықты бағдарламалау: 0,01- 2200мл/сағ	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,01-00 мл/сағ ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді
5	шприц 2/3 мл – 0,01–100 мл/сағ;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,01-15-30 мл/сағ.	Бұл параметр жоқ
6	шприц 5/6 мл – 0,03-125 мл/сағ;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,01-15-30 мл/сағ.	сәйкес келеді
7	шприц 10/12 мл – 0,05-325 мл/сағ;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,01-30 мл/сағ.	сәйкес келеді
8	шприц 20/22 мл – 0,10-600 мл/сағ;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,01-60 мл/сағ.	сәйкес келеді
9	шприц 30/35 мл – 0,10-900 мл/сағ;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,010-60-90 мл/сағ.	сәйкес келеді

10	шприц 50/60 мл – 0,10-2200 мл/сағ;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,10-220 мл/сағ.	0,10-1600 мл/сағ ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді
11	Орнату қадамымен инфузия жылдамдығы сағатына 0,001 мл-ден аспайды: 0,01-9,999 мл/сағ.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,01-99,99 мл/сағ. қадам 0,01 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді
12	Орнату қадамымен инфузия жылдамдығы сағатына 0,01 мл-ден аспайды: 10,0-99,99 мл/сағ.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	Бұл параметр жоқ	сәйкес келеді
13	Орнату қадамымен инфузия жылдамдығы сағатына 0,1 мл-ден аспайды: 100,0-999,9 мл/сағ.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
14	Орнату қадамымен инфузия жылдамдығы сағатына 1,0 мл-ден аспайды: 1000-2200 мл/сағ.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
15	Магистральдан ауаны шығару жылдамдығын диапазонда бағдарламалау				
16	шприц 2/3 мл – 1-100 мл/сағ	сәйкес келеді	сәйкес келеді	деректер жоқ	Бұл параметр жоқ
17	шприц 5/6 мл – 1-125 мл/сағ	сәйкес келеді	сәйкес келеді	деректер жоқ	сәйкес келеді
18	шприц 10/12 мл – 1-325 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	деректер жоқ	сәйкес келеді
19	шприц 20/22 мл – 1-600 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	деректер жоқ	сәйкес келеді
20	шприц 30/35 мл – 1-600 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	деректер жоқ	сәйкес келеді
21	шприц 50/60 мл – 1-600 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	деректер жоқ	сәйкес келеді
22	Болжас жылдамдығын диапазонда бағдарламалау 0,01-2200 мл/сағ.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	1-2200 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	0,01-1600 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді
23	шприц 2/3 мл – 0,01-100 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	шприц 2/3 мл – 1-250 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	Бұл параметр жоқ
24	шприц 5/6 мл – 0,03-125 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	шприц 5/6 мл – 1-100 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді

25	шприц 10/12 мл – 0,05-325 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	шприц 10/12 мл – 1-600 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді
26	шприц 20/22 мл – 0,10-600 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	шприц 20 мл – 1-1000 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді
27	шприц 30/35 мл – 0,10-900 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	шприц 30/35 мл – 1-1400 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді
28	шприц 50/60 мл – 0,10-2200 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	шприц 50/60 мл – 1-2200 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	шприц 50/60 мл – 0,10-1600 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді
29	Дабыл дыбыс деңгейін кем дегенде 5 деңгейге реттеу;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	Бұл параметр жоқ	сәйкес келеді
30	Инфузия режимі: тұрақты жылдамдықпен; уақыт бойынша және дәрі-дәрмектің берілген көлемі бойынша; доза арқылы; үзік-үзік; парентеральды тамақтану (TPN); TBVA инфузия режимі (жалпы көктамыршілік анестезия); "нысанадағы" концентрация бойынша инфузия режимі фармакокинетикалық модельдер бойынша жұмыс істеу мүмкіндігі бар TCI режимі: Marsh (Adult propofol); Marsh modified (Adult propofol); Schnider (Adult propofol); Paedfusor (Pediatric propofol); Kataria (Pediatric propofol); Minto (Remifentanyl); Bovill (Sufentanyl); Gepts (Sufentanyl); Maitre (Alfentanyl); Shafer (fentanyl); берілген уақыт аралығы арқылы болжолды инфузия режимі; титрлеу режимі (инфузия жылдамдығын оны тоқтатпай өзгерту); дозаны енгізгеннен кейін белгіленетін режим: тоқтау, KVO, инфузияны берілген жылдамдықпен жалғастыру;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	Бұл параметр жоқ	сәйкес келеді

31	Окклюзия деңгейлері: кем дегенде 10 деңгей (10-60 мл көлемді шприцтер үшін) (L1-L10), 50-950 mmHg	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
32	6 деңгей (5/6 мл шприцтер үшін): L5-L10;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
33	4 деңгей (2/3 мл шприцтер үшін): L7-L10;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
34	10 деңгей (10/12 мл шприцтер үшін): L1-L10;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	Бұл параметр жоқ	сәйкес келеді
35	Науқастың салмағын 0.25-300 кг диапазонында тағайындау мүмкіндігі;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0.3 – 300 кг	сәйкес келеді
36	Жүктелетін препараттар кітапханасы кіріктірілген шектеулері бар кем дегенде 1500 бірегей дәрілік жазбалар	сәйкес келеді	сәйкес келеді	353 ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді
37	Дисплей Түрі: кем дегенде 5 метр қашықтықтан кез-келген жарықта көрінетін түсті графикалық.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді
38	Литий-ионды батарея, 7,2-7,4 В Стандарттарға сәйкестік: IEC 62133-2, UN38. 3	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
39	4400 mA/cap	сәйкес келеді	сәйкес келеді	Бұл параметр жоқ	сәйкес келеді
40	5 сағат ішінде 100%.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	6 сағат ішінде 100% ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді
41	5 мл/сағ жылдамдығымен кемінде 16 сағат. (+20 C кезінде);	сәйкес келеді	сәйкес келеді	5 мл/сағ жылдамдығымен 10 сағат	5 мл/сағ жылдамдығымен 6 сағат
42	25 мл/сағ жылдамдығымен кемінде 15 сағат. (+20 C кезінде);			25 мл/сағ; 25 мл/сағ жылдамдығымен 6 сағат	Бұл параметр жоқ
43	100 мл/сағ жылдамдығымен кемінде 12 сағат. (+20 C кезінде);			Бұл параметр жоқ	Бұл параметр жоқ
44	Журналдың көлемі 2000 оқиға	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
45	жаптағы кем дегенде 500 оқиға	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
46	соңғы 50 қатенің кодтары	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
47	соңғы 300 рет басу	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
48	кем дегенде 1000 оқиға	сәйкес келеді	сәйкес келеді	Бұл параметр жоқ	сәйкес келеді
49	* өлшемдері мен салмағы-түзеткіш қондырғысыз және әмбебап қысқышсыз Spase сорғысы	2,3 кг. 346x120,5x140 мм	2,3 кг. 346x120,5x140 мм	2,3 кг. 320x120x137 мм.	1,7 кг. 230x137x139 мм

50		Рұқсат етілді	Рұқсат етілді	Қабылданбады	Қабылданбады
51	Баға ұсынысы	1 149 500	1 149 000	Қабылданбады	Қабылданбады

Техникалық сипаттаманың сәйкес келмеуіне байланысты техникалық сипаттаманың салыстырмалы кестесіне сәйкес "Сапа Мед" ЖШС, "Ди Лайф" ЖШС қабылданбады

әлеуетті өнім беруші "Технодом Групп" ЖШС, "Health Line" ЖШС жеңімпаз "Health Line" ЖШС 20*1 149 000 теңге - 22 980 000 (жиырма екі миллион тоғыз жүз сексен мың) теңге 00 тиын сомасына рұқсат етілді

"№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы " ШЖҚ МКК "Health Line" ЖШС-мен 20*1 149 000 теңге - 22 980 000 (жиырма екі миллион тоғыз жүз сексен мың) теңге 00 тиын сомасына тауар жеткізу шартын жасасын

1) Тендерлік комиссияның төрағасы  С.Т. Жамукова

2) Тендерлік комиссия мүшелері:

 Д.Е. Кожекенов

 А.Ш. Акубасова

3) Тендерлік комиссияның хатшысы  Л.Н. Панченко



№04 хаттама

Тендерлік тәсілмен медициналық техниканы (шприц сорғыларын) сатып алу бойынша қатысу үшін әлеуетті өнім берушілер ұсынған тендерлік өтінімдермен сатып алу қорытындыларының хаттамасы

138кабинет

14-00 13.03.2024 ж

1) Тендерлік комиссияның төрағасы:

С.Т. Жамукова – директордың МБ жөніндегі орынбасары

2) Тендерлік комиссия мүшелері:

Д.Е. Кожекенов – Директордың медициналық қызметтер сапасын бақылау және стратегиялық даму жөніндегі орынбасары

А.Ш. Акубасова – бас медбике

3) Тендерлік комиссияның хатшысы:

Л.Н. Панченко – Мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы

1. Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК Астана қаласы «Алматы» ауданы, Тәуелсіздік даңғылы 138 кабинет, 11/1 13.03.2024 ж. сағат 14.00 -де Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК тендер тәсілімен 2024 жылға арналған медициналық техниканы сатып алуға қатысуға ұсынылған тендерлік өтінімі бар конвертті ашу рәсімін жүргізді
2. Тендерлік құжаттаманың ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті өнім берушілерден сұрау түскен жоқ.
3. Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерді ұсынуы тендерлік өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін жүргізілген жоқ
4. Тендерлік өтінімді түпкілікті мерзім өткенге дейін белгіленген мерзімде ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері
5. Тендерлік өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімде ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері
6. Тендерлік өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімде ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері
7. Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімдерде тендерлік өтінімді ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері:
8. Тендерлік өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімде ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері
9. Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімдерде тендерлік өтінімді ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері:
10. Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерінде өзгерістер болған жоқ.
11. Тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу рәсімінде әлеуетті өнім берушілер қатыспады.
12. Әлеуетті өнім берушілер осы Хаттаманың №2 қосымшасында көрсетілген баға ұсыныстарын ұсынды.

Тендерлік өтінімдерді келесі әлеуетті өнім берушілер ұсынды:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
1	"Техноком Групп" ЖШС	ҚР Астана қаласы "Есіл" ауданы Күлтегін көшесі 5 үй 290 пәтер	12.03.2024ж 10-25
2	"Health Line" ЖШС	ҚР Астана қаласы "Алматы" ауданы Қажымұқан көшесі 22	12.03.2024ж 14-25
3	"Сапа Мед" ЖШС	ҚР Астана қаласы Тараз көшесі 2 н.п. 12	12.03.2024ж. 12-30
4	"Ди Лайф" ЖШС	ҚР Қарағанды қаласы Қызыбек Би ауданы, Гүлдер-1 шағынауданы 14 үй 74 пәтер	12.03.2024ж. 15-25

Техникалық сипаттамалары бойынша салыстыру кестесі					
	Техникалық тапсырма бойынша параметрлер	"Техноком Групп"	"Health Line"	"Сапа Мед"	"Ди Лайф"
1			AITECS 2017 Universal	AITECS 2016 Universal	Шприц сорғы, орындау нұсқасы: НК-400III
2					5/6, 10/12, 20/22, 30/35, 50/60 ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді
3	2/3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл, 60 мл.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,01-00 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді
4	Диапазондағы жылдамдықты бағдарламалау: 0,01- 2200мл/сағ	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	Бұл параметр жоқ
5	шприц 2/3 мл – 0,01–100 мл/сағ;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,01-15-30 мл/сағ.	сәйкес келеді
6	шприц 5/6 мл – 0,03-125 мл/сағ;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,01-15-30 мл/сағ.	сәйкес келеді
7	шприц 10/12 мл – 0,05-325 мл/сағ;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,01-30 мл/сағ.	сәйкес келеді
8	шприц 20/22 мл – 0,10-600 мл/сағ;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,01-60 мл/сағ.	сәйкес келеді
9	шприц 30/35 мл – 0,10-900 мл/сағ;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,010-60-90 мл/сағ.	сәйкес келеді

10	шприц 50/60 мл – 0,10-2200 мл/сағ;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,10-220 мл/сағ.	0,10-1800 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді
11	Орнату қадамымен инфузия жылдамдығы сағатына 0,001 мл-ден аспайды: 0,01-9,999 мл/сағ.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0,01-99,99 мл/сағ. қадам 0,01 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді
12	Орнату қадамымен инфузия жылдамдығы сағатына 0,01 мл-ден аспайды: 10,0-99,99 мл/сағ.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	Бұл параметр жоқ	сәйкес келеді
13	Орнату қадамымен инфузия жылдамдығы сағатына 0,1 мл-ден аспайды: 100,0-999,9 мл/сағ.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
14	Орнату қадамымен инфузия жылдамдығы сағатына 1,0 мл-ден аспайды: 1000-2200 мл/сағ.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
15	Магистральдан ауаны шығару жылдамдығын диапазонда бағдарламалау				
16	шприц 2/3 мл – 1–100 мл/сағ	сәйкес келеді	сәйкес келеді	деректер жоқ	Бұл параметр жоқ
17	шприц 5/6 мл – 1-125 мл/сағ	сәйкес келеді	сәйкес келеді	деректер жоқ	сәйкес келеді
18	шприц 10/12 мл – 1-325 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	деректер жоқ	сәйкес келеді
19	шприц 20/22 мл – 1-600 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	деректер жоқ	сәйкес келеді
20	шприц 30/35 мл – 1-600 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	деректер жоқ	сәйкес келеді
21	шприц 50/60 мл – 1-600 мл/сағ..	сәйкес келеді	сәйкес келеді	деректер жоқ	сәйкес келеді
22	Болюс жылдамдығын диапазонда бағдарламалау 0,01-2200 мл/сағ.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	1-2200 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	0,01-1800 мл/сағ. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді
23	шприц 2/3 мл – 0,01–100 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	шприц 2/3 мл – 1–250 мл/сағ.; ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	Бұл параметр жоқ
24	шприц 5/6 мл – 0,03-125 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	шприц 5/6 мл – 1-400 мл/сағ.; ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді
25	шприц 10/12 мл – 0,05-325 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	шприц 10/12 мл – 1-600 мл/сағ.; ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді
26	шприц 20/22 мл – 0,10-600 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	шприц 20 мл – 1-1000 мл/сағ.; ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді

27	шприц 30/35 мл – 0,10-900 мл/сағ.;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	шприц 30/35 мл – 1-1400 мл/сағ. ; ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді
28	шприц 50/60 мл – 0,10-2200 мл/сағ..	сәйкес келеді	сәйкес келеді	шприц 50/60 мл – 1-2200 мл/сағ.. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	шприц 50/60 мл – 0,10-1800 мл/сағ.. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді
29	Дабыл дыбыс деңгейін кем дегенде 5 деңгейге реттеу;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	Бұл параметр жоқ	сәйкес келеді
30	Инфузия режимі: тұрақты жылдамдықпен; уақыт бойынша және дәрі-дәрмектің берілген көлемі бойынша; доза арқылы; үзік-үзік; парентеральды тамақтану (TPN); TBVA инфузия режимі (жалпы көктамыршілік анестезия); "нысанадағы" концентрация бойынша инфузия режимі фармакокинетикалық модельдер бойынша жұмыс істеу мүмкіндігі бар TCI режимі: Marsh (Adult propofol); Marsh modified (Adult propofol); Schnider (Adult propofol); Paedfusor (Pediatric propofol); Kataria (Pediatric propofol); Minto (Remifentanil); Bovill (Sufentanil); Gepts (Sufentanil); Maitre (Alfentanil); Shafer (fentanil); берілген уақыт аралығы арқылы болжасты инфузия режимі; титрлеу режимі (инфузия жылдамдығын оны тоқтатпай өзгерту); дозаны енгізгеннен кейін белгіленетін режим: тоқтау, KVO, инфузияны берілген жылдамдықпен жалғастыру;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	Бұл параметр жоқ	сәйкес келеді
31	Окклюзия деңгейлері: кем дегенде 10 деңгей (10-60 мл көлемді шприцтер үшін) (L1-L10), 50-950 mmHg	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
32	6 деңгей (5/6 мл шприцтер үшін): L5-L10;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
33	4 деңгей (2/3 мл шприцтер үшін): L7-L10;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
34	10 деңгей (10/12 мл шприцтер үшін): L1-L10;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	Бұл параметр жоқ	сәйкес келеді

35	Науқастың салмағын 0.25-300 кг диапазонында тағайындау мүмкіндігі;	сәйкес келеді	сәйкес келеді	0.3 – 300 кг;	сәйкес келеді
36	Жүктелетін препараттар кітапханасы кіріктірілген шектеулері бар кем дегенде 1500 бірегей дәрілік жазбалар	сәйкес келеді	сәйкес келеді	350 ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді
37	Дисплей Түрі: кем дегенде 5 метр қашықтықтан кез-келген жарықта көрінетін түсті графикалық.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді
38	Литий-ионды батарея, 7,2-7,4 В Стандарттарға сәйкестік: IEC 62133-2, UN38. 3	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
39	4400 мА/сағ	сәйкес келеді	сәйкес келеді	Бұл параметр жоқ	сәйкес келеді
40	5 сағат ішінде 100%.	сәйкес келеді	сәйкес келеді	6 сағат ішінде 100%. ТТ-дағы параметрлерге сәйкес келмейді	сәйкес келеді
41	5 мл/сағ жылдамдығымен кемінде 16 сағат. (+20 С кезінде);	сәйкес келеді	сәйкес келеді	5 мл/сағ жылдамдығымен 10 сағат.	5 мл/сағ жылдамдығымен 6 сағат.
42	25 мл/сағ жылдамдығымен кемінде 15 сағат. (+20 С кезінде);			25 мл/сағ. 25 мл/сағ жылдамдығымен 8 сағат.	Бұл параметр жоқ
43	100 мл/сағ жылдамдығымен кемінде 12 сағат. (+20 С кезінде);			Бұл параметр жоқ	Бұл параметр жоқ
44	Журналдың көлемі 2000 оқиға	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
45	жадтағы кем дегенде 500 оқиға	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
46	соңғы 50 қатенің кодтары	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
47	соңғы 300 рет басу	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді	сәйкес келеді
48	кем дегенде 1000 оқиға	сәйкес келеді	сәйкес келеді	Бұл параметр жоқ	сәйкес келеді
49	* өлшемдері мен салмағы-түзеткіш қондырғысыз және әмбебап қысқышсыз Space сорғысы	2,3 кг. 346x120,5x140 мм	2,3 кг. 346x120,5x140 мм	2,3 кг. 320x120x137 мм.	1,7 кг. 230x137x139 мм.
50		Рұқсат етілді	Рұқсат етілді	Қабылданбады	Қабылданбады
51	Баға ұсынысы	1 149 500	1 149 000	Қабылданбады	Қабылданбады

Техникалық сипаттаманың сәйкес келмеуіне байланысты техникалық сипаттаманың салыстырмалы кестесіне сәйкес "Сапа Мед" ЖШС, "Ди Лайф" ЖШС қабылданбады

әлеуетті өнім беруші "Технодом Групп" ЖШС, "Health Line" ЖШС жеңімпаз "Health Line" ЖШС 20*1 149 000 теңге - 22 980 000 (жиырма екі миллион тоғыз жүз сексен мың) теңге 00 тиын сомасына рұқсат етілді

"№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы " ШЖҚ МКК "Health Line" ЖШС-мен 20*1 149 000 теңге - 22 980 000 (жиырма екі миллион тоғыз жүз сексен мың) теңге 00 тиын сомасына тауар жеткізу шартын жасасын

1) Тендерлік комиссияның төрағасы _____ С.Т. Жамукова

2) Тендерлік комиссия мүшелері:

_____ Д.Е. Кожекенов

_____ А.Ш. Акубасова

3) Тендерлік комиссияның хатшысы _____ Л.Н. Панченко