

№07 ХАТТАМА

Медициналық техниканы (жанама офтальмоскоп) сатып алу бойынша тендер қорытындыларының хаттамасы

138кабинет

14-00 29.03.2024

1) Тендерлік комиссияның төрағасы:

С.Т. Жамукова – директордың МБ жөніндегі орынбасары

2) Тендерлік комиссия мүшелері:

Д.Е. Кожекенов – Директордың медициналық қызметтер сапасын бақылау және стратегиялық даму жөніндегі орынбасары

А.Ш. Акубасова – бас медбике

3) Тендерлік комиссияның хатшысы:

Л.Н. Панченко – Мемлекеттік сатып алу белгімінің басшысы

1. Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК Астана қаласы «Алматы» ауданы, Тәуелсіздік даңғылы 11/1 138 кабинет, 29.03.2024 ж. сағат 14.00 -де Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК тендер тәсілімен 2024 жылға арналған медициналық техниканы сатып алуға катысуга ұсынылған тендерлік етінімі бар конвертті ашу рәсімін жүргізді
2. Тендерлік құжаттаманың ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті өнім берушілерден сұрау түскен жок.
3. Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік етінімдерді ұсынуы тендерлік етінімдерді берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін жүргізілген жоқ
4. Тендерлік етінімді түпкілікті мерзім өткенге дейін белгіленген мерзімде ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің тендерлік етінімдері
5. Тендерлік етінімдер ашылды және осы Хаттамага 1-косымшада көрсетілген құжаттарды камтиды, олар тендерлік етінімдерді ашу кезінде катысушылардың барлығына жарияланды.
6. Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік етінімдерінде өзгерістер болған жок.
7. Тендерлік отінімдері бар конверттерді ашу рәсімінде әлеуетті өнім берушілер катыспады.
8. Әлеуетті өнім берушілер осы Хаттаманың №2 косымшасында көрсетілген баға ұсыныстарын ұсынды.

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бағасы	Сомасы	Тауарды жеткізу мерзімі
1	Жанама офтальмоскоп	Жиынтық	1	7 189 662	7 189 662	Шартқа кол койылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
	Барлығы:					

Әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы	Отінімдерді беру күні мен уақыты	МТ күны
1	ЖК «Хамзин Д.Ж.	ҚР Астана қаласы Жүргенов көшесі 18/2	28.03.2024ж 10-00	7 180 000

Техникалық сипаттамалары бойынша салыстыру кестесі.

Техникалық сипаттама

№	Критерий	Сипаттама

1	<p>Медициналық техниканың атауы (үлгіні, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)</p>	<p>Vantage Plus LED жанама офтальмоскоп, Keeler LTD компаниясы шығарған, Ұлыбритания</p>			
2	<p>Жиынтықта талаптар қойылатын</p>	<p>No</p> <p>Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)</p>	<p>Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог немірі, қысқаша техникалық сипаттамасы</p>	<p>Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсету)</p>	
		<p>Негізгі жиынтық</p>	<p>1 жанама офтальмоскоп</p> <p>Жанама офтальмоскоп жеңіл, компакттасқан, сымсыз болады. Жанама офтальмоскоп қызыл және көк жарықпен жарықтандырылған кезде офтальмоскопия әдісімен көздің түбін бинокулярлық стереоскопиялық рефлекссіз зерттеуге арналған. Аспап оптикалық тексеру жүйесімен және электр желісінен трансформатор арқылы және дұлығада орналасқан аккумулятордан автономды түрде 8 сағат бойы қосымша зарядтауды қажет етпейтін жарықтандыру қондырығысымен жабдықталған. Көз түбінің бинокулярлық, стереоскопиялық (бедерлі) бейнесі науқастың көрү қабілетінің ақауларын анықтауға мүмкіндік береді. Жарықтандыру түрі – жарықдиодты. Литам литий батареясы офтальмоскоптың дұлығасына тікелей бекітіледі. Оптикалық конвергенция жүйесі оқушының диаметріне және таңдалған апертураға байланысты бұрышты автоматты түрде реттеуге мүмкіндік береді. Кобальт көк, жасыл (қызылдан бос), түссіз, сүзгі диффузоры (сәулені шашырату және кескін ақауларын тегістегу үшін) сияқты сүзгілердің болуы міндетті болып табылады. Бас киім офтальмоскоппен көтеріледі. Жеңіл, икемді және берік бастың басы диаметрді реттейтін, жұмсақ тығыздағыштары және сырғымайтын жиек пішіні болады. Реостатты жарықтандыру жарықтығын реттегіш бастың үстінде ыңғайлы орналасады. Интеллектуалды оптикалық жүйенің міндетті болуы. Диафрагманы ауыстырыған кезде оптика мен айналар автоматты түрде реттеліп, оқушының барлық өлшемдері арқылы көлемді стереоскопиялық кескіндерді қамтамасыз етеді. Түрі сымсыз болады. Тар оқушымен жұмыс істеу мүмкіндігі.</p>		

				Оқушылар арасындағы қашықтықты біркелкі реттеу: 48-76 мм. Толық шолумен зерттеу жүргізілетін Қарашық диаметрлерінің мәндерінің диапазоны: 1 мм-10 мм.жұмыс қашықтығы 440 мм. линзамен қосымша үлкейту 20 Дптр, крат, 2.93-2.97. 20 Дптр линзасы бар көру ерісі, бүршак, 32-46. Қосымша үлкейтетін линзының міндettі болуы, крат, 1.6. Жарық диафрагмалары: үлкен (кең оқушы үшін), аралық (диаметрі 3 мм оқушы үшін), кішкентай (1 мм тар оқушы үшін). Жарық көзі LED (жарық диоды). Жарықдиодты жарықтандырыш шамдардың жиі аудыстыруды болдырмайды және батареяның қайта зарядтамай ұзақ үақыт жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Жарық көзінің қызмет ету мерзімі, 15000 сағат. Аудыстырылатын батареяның толық зарядтау циклі 1,5 сағат. Жалпы салмағы 600 г.ыңғайлы зарядтағыштың болуы міндettі болып табылады, ол бір үақытта офтальмоскопты жұмыс істемейтін күйде ұстайды. Зарядтағыш: қуат көзі. Батарея Li (литий) болады. Батареяның қызмет ету циклі, 8 сағат. Қуат көзі: 100-240В айнымалы ток (50/60Гц). Тұрақты ток қосқышы: 18В тұрақты токқа дейін, 2,5 а. Жеткізу жиынтығына сымсыз офтальмоскоп – 1 дана, бас дұлыға – 1 дана, Зарядтағыш – 1 дана, трансформатор – 1 дана, батарея – 1 дана, резеңке окуляр жақтауы – 1 дана, линза 20 Дптр – 1 дана, қосымша үлкейту линзасы 1.6 крат – 1 дана, рамка – 1 дана кіреді дана, қолдану жөніндегі Нұсқаулық-1 дана.		
Қосымша жиынтық						
-						
3	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар	Қуат көзі: 100-240В айнымалы ток (50 / 60Гц) Тұрақты ток қосқышы: 18В тұрақты ток, 2,5 А				
4	Медициналық техниканы жеткізуіді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)	DDP жеткізу пункті				
5	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және мекенжайы	16 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК Астана қаласы «Алматы» ауданы, Тәуелсіздік даңғылы 11/1				

6	<p>Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары</p> <p>Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету 37 ай.</p> <p>Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізіletін болады.</p> <p>Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және оған мыналар кіреді:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді аудыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін аудыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шанды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін көтіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар..
---	--

Техникалық сипаттама бойынша салыстырмалы кестеге сәйкес әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікке сәйкес келеді және тендерге жіберіледі.


әлеуетті жеткізуши "Хамзин Д. Ж" ЖК жіберілді

"№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы" ШЖҚ МҚК "Хамзин Д. Ж. ЖК-мен 1* 7 180 000 (жеті миллион жүз сексен мың) теңге 00 тиын сомасына тауар жеткізу шартын жасассын.

1) Тендерлік комиссияның герласы  С.Т. Жамукова

2) Тендерлік комиссияның күштештері  Д.Е. Кожекенов

А.Ш. Акубасова

3) Тендерлік комиссияның хатшысы  Л.Н. Панченко